

| | | | |
|---|--|----------|------------|
|  | Especificação de Produto Nº 035 | Página: | 1 de 1 |
| | | Revisão: | 0 |
| | | Emissão: | 02/01/2016 |

Número: 035

Descrição: Ensaio Laboratoriais

Laboratórios Não Credenciados pelo INMETRO para Análises Químicas, Mecânicas e Metalográficas:

Quando o laboratório não possuir acreditação do INMETRO para o escopo definido pela Interválvulas em contrato, deve garantir no mínimo:

- Equipamentos apropriados para a realização e precisão do ensaio;
- Estar calibrados dentro do período de validade e com certificados de padrões rastreáveis a RBC (Rede Brasileira de Calibração);
- Possuir responsáveis técnicos para validação e elaboração dos laudos;
- Disponibilizar sempre que solicitado pela Interválvulas acesso a rastreabilidade dos ensaios.

Laboratórios Credenciados pelo INMETRO para Análises Químicas, Mecânicas e Metalográficas:

Quando utilizado laboratório credenciado INMETRO, este deve apresentar previamente os certificados/evidências do escopo referentes aos tipos de ensaios realizados.

- Disponibilizar sempre que solicitado pela Interválvulas acesso a rastreabilidade dos ensaios.

Documentos Exigíveis:

- Laudos das análises realizadas (Químico, Mecânico, Metalográfico, etc) assinado por responsável técnico aplicável, Certificados de instrumentos padrões utilizados (quando solicitado).

**CÓPIA
CONTROLADA**

| | | |
|---|---|---|
| Data: 02/01/2016 Revisado por: Ivo B. - Engenharia | Data: 02/01/2016 Aprovado por: Rodrigo R. - Engenharia | Data: 02/01/2016 Emitido por: Luis Paulo O - SGQ |
|---|---|---|